
Λειτουργική ανάλυση σε αστικές μονάδες επεξεργασίας λυμάτων

Ανάλυση δειγμάτων εισροής και υγρών αποβλήτων



Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση υπέρβασης του εύρους μέτρησης;

Πριν από την ανάλυση, αραιώστε το δείγμα σε μία ογκομετρική φιάλη ή χρησιμοποιήστε ένα ποτήρι ζέσεως για μια απλούστερη αραίωση με λιγότερη ακρίβεια:

- Αραίωση 1:2 = 5 mL δείγματος + 5 mL αποσταγμένο νερό, τιμή μέτρησης x2
- Αραίωση 1:3 = 5 mL δείγματος + 10 mL αποσταγμένο νερό, τιμή μέτρησης x3
- Αραίωση 1:5 = 5 mL δείγματος + 20 mL αποσταγμένου νερού, τιμή μέτρησης x5

Τι θα πρέπει να κάνω αν το δείγμα έχει εγγενές χρώμα;

Προσδιορίστε την τιμή συγκεκριμένου “Τυφλού„ δείγματος και αφαιρέστε την από το αποτέλεσμα.

(βλ. έγγραφο “Τιμή συγκεκριμένου Τυφλού δείγματος„, DOC042.48.00280)

DOC062.48.00274.Apr17

www.hach.com

HACH®
Be Right™