



Πρότυπο διάλυμα ιωδίου, 0,0282 N, 1 L

Αρ. προϊόντος:

2333353

Επικίνδυνο

EUR Τιμή:

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αποστολή εντός 2 εβδομάδων



Για τον προσδιορισμό του χλωρίου με αμπερομετρική τιτλοδότηση προχοΐδας.

Προδιαγραφές

Αριθμός δοκιμών :	100
Εύρος μέτρησης :	0,0051 - 5,000 mg/L Cl ₂
Κατηγορία:	Διάλυμα
Όνομα μεθόδου :	Αμπερομετρική τιτλοδότηση
Όργανο :	Autocat 9000