

Σετ αντιδραστηρίων για χλώριο/όζον, εύρος μέτρησης 0,03-0,4/0,05-1,5 mg/L Cl2

Αρ. προϊόντος: **LCW510** Επικίνδυνο

EUR Τιμή:
Διαθέσιμο

Επικοινωνήστε μαζί μας





Προδιαγραφές

Reference method:	ISO 7393-2
Αριθμός δοκιμών :	100
Ειδικές σημειώσεις :	Για υψηλό εύρος μέτρησης: LCW906, για χαμηλό εύρος μέτρησης: LZP341
Εύρος μέτρησης :	0.1 - 1.5 mg/L Cl_2 / O_3 (κυλινδρικό φιαλίδιο)
Εύρος μέτρησης (2):	0,03 - 0,4 mg/L Cl_2 / O_3 (ορθογώνιο φιαλίδιο 50 mm)
Όνομα μεθόδου :	DPD
Παράμετρος :	Χλώριο/Όζον
Περιγραφή :	Ελεύθερο/ολικό χλώριο και όζον, δύο εύρη μέτρησης